

ILR-implantatie

Met deze folder willen wij u graag informeren over de gang van zaken bij een Interne Loop Recorder (ILR) implantatie. Ook wel bekend als revealimplantatie. Leest u deze folder op uw gemak door, eventueel samen met uw huisgenoten. Voor u is dat van belang omdat u binnenkort een ILR-implantatie krijgt.

Implantatie van een Interne Loop Recorder

Een ILR is een klein metalen stick. De ILR 'kijkt' steeds naar uw hartritme. U krijgt verder een losse activator (soort afstandsbediening) en een kastje óf een app op de smartphone waarmee we in het ziekenhuis via internet de gegevens kunnen bekijken. U activeert de losse activator bij klachten, zoals duizeligheid. De gegevens worden dan opgenomen in het geheugen van de ILR.

De implantatie van een ILR is een kleine ingreep, die in de angiokamer (op de röntgenafdeling) wordt uitgevoerd.

De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats.

De voorbereiding

De dag van de ingreep:

1. U wordt op de dagbehandeling cardiologie opgenomen.
2. U wordt ingelicht over de gang van zaken door een verpleegkundige van de afdeling. Bij de verpleegkundige kunt u ook terecht met uw vragen.
3. U hoeft niet nuchter te zijn.
4. Als u een bril heeft, mag u deze ophouden.
5. Een gebitsprothese mag u inhouden.
6. U krijgt een OK-jasje aan. Uw onderbroek mag u aanhouden.

Na deze voorbereidingen wordt u naar de angiokamer gebracht.

De ingreep


In de angiokamer staat veel apparatuur zoals röntgen- en hartbewakingsapparatuur. U stapt van het bed over op de onderzoekstafel.

Het ECG (apparatuur voor hartfilmpje) wordt aangesloten.

De plaats waar de ILR wordt ingebracht, wordt met alcohol gereinigd. Hierna wordt u gedeeltelijk met steriele doeken bedekt. Uw hoofd blijft hierbij vrij.

De arts verdooft de plaats waar de ILR wordt ingebracht.

De ILR komt onder de huid te liggen. Zo nodig wordt het wondje gehecht met een oplosbare hechting en zwaluwstaartjes. Hierna wordt de wond afgedekt met een waterafstotende pleister.



Plaatsing ILR

Na de ingreep

Na afloop van de ingreep krijgt u van iemand van het pacemakerteam een korte uitleg over het gebruik van de activator en (zo nodig) van het thuiskastje óf de app. Deze uitleg krijgt u ook schriftelijk mee. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Als u zich goed voelt en er geen problemen met de wond zijn, dan mag u met ontslag.

Na ontslag

U dient de wond van de Interne loop Recorder 10 dagen droog te houden met een waterafstotende pleister. De 3e dag na de implantatie dient u de pleister te verwijderen en de wond te controleren. U controleert de wond op roodheid, zwelling en warmte. Nadien plakt u de nieuwe meegekregen pleister op de wond. Deze laat u tot dag 10 na de implantatie zitten. Hierna kunt u deze verwijderen en hoeft u de wond niet meer droog te houden.

Neem contact op met uw huisarts bij roodheid, zwelling, warmte en ernstige pijnklachten. Ook na het ontslag is het verstandig om het 5 dagen rustig aan te doen.

Baden of zwemmen mag na dag 14 weer.

De hechtingen lossen vanzelf op.

Bij **pijnklachten** kunt u paracetamol nemen 8x 500 mg per dag. Maximaal 2 stuks van 500 mg met tussentijd van 4 uur.

Herstart de bloedverdunnende medicijnen in overleg met uw cardioloog.

Autorijden

U mag na 2 dagen weer een voertuig besturen mits er geen bijzonderheden te zien zijn aan de wond.

Ongeveer 6 weken na implantatie wordt de ILR gecontroleerd. Daarna varieert de tijd tussen de controles. Dit is namelijk afhankelijk van uw klachten. Wanneer u klachten heeft en u maakt gebruik van de activator, neem dan contact op met de hartfunctieafdeling.

U meldt zich voor controle op de hartfunctieafdeling. Het telefoonnummer is (0475) 38 31 57.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34276620 - Cardiologie - juni 2023